メジャリングプリズムS12-18の消毒剤リスト

以下は、取扱説明書に記載されている消毒剤以外に使用可能な消毒剤をリストしたものになります。濃度は消毒剤による殺菌効果を示したものではなく、プリズム本体が各消毒剤に耐えうる範囲を示しています。消毒の効果については使用者の責任におけるものとさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。



なお、アルコールを含む消毒剤はプリズム本体を損傷させますので使用しないでください。
取扱説明書および当消毒剤リストに掲載されていない消毒剤を用いてプリズム本体が損傷した場合は、保証の対象外となりますのでご注意ください。

消毒剤	濃度	最大消毒可能回数	最長浸透時間／回
NaOCl（次亜塩素酸ナトリウム）	0.05%	1,600回	10分
NaOCl（次亜塩素酸ナトリウム）	0.5%	1,600回	10分
H_2O_2（過酸化水素）	3%	1,600回	10分
Cidex®plus	3.5%	1,600回	10分
Hibitane®	0.5%	1,600回	10分
Sekusept®Activ	2%	1,600回	15分
Sekusept®PLUS	4%	1,600回	15分
Sekusept®Extra N	2%	1,600回	15分

www.takagi-j.com

株式会社タカギセイコー

本社
〒383-8585
長野県中野市岩船330-2
0269-22-4511
0269-26-6321

東日本支店
ショールーム（TVC）
〒170-0013
東京都豊島区東池袋4-21-1
アウルタワー205
03-5615-9282
03-5615-9283

西日本支店
ショールーム（TVC）
〒561-0833
大阪府豊中市庄内幸町5-19-8
06-6334-4512
06-6334-4521

©2026 株式会社タカギセイコー　無断複写・転載を禁じます。

J(S12-18DL)JP　Rev.0

TAKAGI

Serving Your Vision